



ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO: A&L INTEGRAL TRADE S.A.

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO Nº: LC 039

DOMICILIO: Manuel Díaz Vélez 4842/44 – Munro, Buenos Aires (1605), Argentina

RESPONSABLE (DIRECTOR TÉCNICO): Leandro Ariel García

Conforme a los criterios contenidos en la Norma IRAM 301:2005 equivalente a la Norma ISO / IEC 17025:2005, los documentos del OAA para la acreditación de laboratorios de calibración, y los documentos aplicables de ILAC, está acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación para las siguientes calibraciones:

Magnitud: FUERZA							
Servicios	Campo de medición o régimen operativo	Capacidad de medición y calibración	Ejecución de la calibración		Norma / Procedimiento	ACREDITADO	
			Sede	Campo		DESDE	HASTA
Calibración de instrumentos de medición de fuerzas	10 kN < F ≤ 200 kN En tracción y compresión	0.05%	X		PS 750-001 en base a ISO 376	15-04-2015	29-11-2017
		0.1%	X		PS 750-001 en base a ISO 376	30-11-2017	VIGENTE

El presente Formulario forma parte del certificado extendido a A&L INTEGRAL TRADE S.A., con fecha 15 de abril de 2015 y es emitido con fecha 03 de mayo de 2019, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual queda sin efecto y validez.



Magnitud: FUERZA							
Servicios	Campo de medición o régimen operativo	Capacidad de medición y calibración	Ejecución de la calibración		Norma/ Procedimiento	ACREDITADO	
			Sede	Campo		DESDE	HASTA
Calibración de instrumentos de medición de fuerzas	200 kN a 2000 kN	0.1%	X		PS 750-001 en base a ISO 376	15-04-2015	29-11-2017
	200 kN a 500 kN	0.2%	X		PS 750-001 en base a ISO 376	30-11-2017	28-04-2019
	200 kN < F ≤ 500 kN En tracción y compresión	0.1%	X		PS-750-001 en base a ISO 376	29-04-2019	VIGENTE
	500 kN < F ≤ 2000 kN En tracción y compresión	0.2%	X		PS 750-001 en base a ISO 376	30-11-2017	19-09-2018
	500 kN < F ≤ 2000 kN En tracción y compresión	0.4%	X		PS-750-001 en base a ISO 376	29-04-2019	VIGENTE
Calibración de instrumentos de medición de fuerzas	2 kN ≤ F ≤ 10 kN En tracción y compresión	0.1%	X		PS-750-001 en base a ISO 376	29-04-2019	VIGENTE

El presente Formulario forma parte del certificado extendido a A&L INTEGRAL TRADE S.A., con fecha 15 de abril de 2015 y es emitido con fecha 03 de mayo de 2019, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual queda sin efecto y validez.